

RESPIRÁTOR FFP2 NR

Nedodržení pokynů a varování k používání tohoto respirátoru může snížit účinnost masky a může mít za následek onemocnění nebo invaliditu

Čtete návod k použití:

1. Podržte respirátor v poloze překrývající nos a ústa.
2. Přitáhněte hlavový postroj za uši a oba konce připojte ke sponě.
3. Ujistěte se, že nosní spona dostatečně obepíná Váš nos a konce spony přiléhají k Vaší tváři.
4. Zkontrolujte správné usazení masky. Položte obě ruce na masku a silněji vydechněte. Pokud vzduch uniká kolem nosu, utáhněte nosní sponu, pokud vzduch uniká kolem okraje, přemístěte hlavový postroj, aby lépe seděl.

Upozornění:

- Respirátor je určený pro jednorázové použití.
- Nikdy nenahrazujte ani jinak neupravujte konstrukci respirátoru.
- Tato maska pomáhá chránit před určitými částicemi kontaminujících látek, ale zcela neeliminuje vystavení riziku nákazy nemocí nebo infekcí.
- Vousy pod obličejovým těsněním mohou porušit neprostupnost a snížit efektivitu respirátoru.
- Pokud dochází ke zhoršení dýchání či poškození masky, masku okamžitě vyměňte.
- Před použitím by měl uživatel vždy kontrolovat, zda je maska v dobrém stavu - bez nečistot, bez poškození hlavového postroje atd.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 99.FFP2-50 - respirátor FFP2, balení 50 ks

Typ výrobku: 9503

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. EU 2016/425/EU

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN149:2001+A1:2009

Posouzení shody bylo vydáno na základě certifikátu a test reportu č.: CE-PC-200331-159-FPC-D, CE-PC-200721-563-01-9B, 2020(F)-0408.

Posouzení shody bylo provedeno: CCQS Certification Services Limited, Ballycoolin Road, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland ve spolupráci s National Quality Supervision and Testing Center (Beijing) Taoranting Street, Xicheng District, Bijing China.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 21

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podběři 63
518 03

V Podběři 10.11. 2021

PROTECO nářadí s.r.o.
jednatel firmy
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., www.proteco-naradi.cz, Radlická 2487/99, Praha 5 150 00

RÚŠKA RESPIRAČNÁ FFP2

Nedodržanie pokynov a varovanie na používanie tohto respirátora môže znížiť účinnosť masky a môže mať za následok ochorenie alebo invaliditu.

Čítajte návod na použitie:

1. Podržte respirátor v polohe prekrývajúcej nos a ústa.
2. Pritiahnite hlavový postroj za uši a oba konce pripojte k sponu.
3. Uistite sa, že nosná spona dostatočne obopína Váš nos a konce spony priliehajú k Vašej tvári.
4. Skontrolujte správne usadenie masky. Položte obe ruky na masku a silnejšie vydýchajte. Pokiaľ vzduch uniká okolo nosa, utiahnite nosnú sponu, pokiaľ vzduch uniká okolo okraja, premiestnite hlavový postroj, aby lepšie sedel.

Upozornenie:

- Respirátor je určený pro jednorázové použitie.
- Nikdy nenahradzujte ani inak neupravujte konštrukciu respirátora.
- Táto maska pomáha chrániť pred určitými časticami kontaminujúcich látok, ale úplne neeliminuje vystavenie riziku nákazy chorôb alebo infekcií.
- Fúzy pod tvárovým tesnením môžu porušiť nepriepustnosť a znížiť efektívnosť respirátora.
- Pokiaľ dochádza k zhoršeniu dýchania či poškodeniu masky, masku okamžite vymeňte.
- Pred použitím by mal používateľ vždy kontrolovať, či je maska v dobrom stave - bez nečistôt, bez poškodenia hlavového postroja atď.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradie s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 99.FFP2-50 - respirátor FFP2, balenie 50 ks

Typ výrobku: 9503

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj. Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody bola použitá nasledovná norma:

EN149:2001+A1:2009

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou: CCQS Certification Services Limited, Ballycoolin Road, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland ve spolupráci National Quality Supervision and Testing Center (Beijing) Taoranting Street, Bijing China.

Vydané na základe certifikátu a test reportu: CE-PC-200331-159-FPC-D, CE-PC-200721-563-01-9B, 2020(F)-0408.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbežci 63
518 03

V Bratislave, dňa 10.11.2021


Libor Knap
Knapatel spoločnosť
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava
Bratislavská GAT Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230

Dodávateľ pre SK: PROTECO náradie s.r.o., www.proteco-naradie.sk, Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 851 04